

СОСТАВ ЗАПОЛНИТЕЛЯ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru

S157 KIT ТЕСТ С МЕТИЛЕНОВЫМ СИНИМ ОЦЕНКА ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

СТАНДАРТЫ: EN 933-9 | NF P94-068 | UNI 8520-15 | UNE 83180

Используется для определения содержания глинистых частиц в заполнителях. В комплект входят:

- S157-01** Электрическая мешалка 400-700 оборотов/мин, с лопастной насадкой Ø 70 мм. 230В 1ф 50Гц
- S157-06** Штатив для мешалки
- S157-02** Бюретка 50x0,1 мл с краном
- S157-07** Штатив для бюретки
- S157-08** Кювета 200x150x80 мм
- S157-03** Бумажные фильтры Ø 90 мм (упаковка 100 шт.)
- S157-04** Стеклопалочка Ø 8x300 мм
- S157-05** Пластиковый стакан 2000 мл
- V300-28** Метиленовый синий, 100 г
- V300-29** Каолин, 500 г

Общая масса: 10 кг

 **Примечание:** Комплектующие можно заказать по отдельности

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- S157-10** ДИСПЕНСЕР, 0-10 мл, ц.д. 0,1 мл
Объем 1000 мл
(как альтернатива Бюретке S157-02+S157-07)



S157-10

S157-20 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИТРАТОР ДЛЯ ТЕСТА С МЕТИЛЕНОВЫМ СИНИМ

Прибор автоматически определяет содержание глины в песке. Дает точные и воспроизводимые результаты, экономит время (около 30 минут на испытание).

В комплект входят: высокоточный насос, колориметр, блок управления, фильтры, реактивы и принадлежности.

Электропитание: 230В 1ф 50Гц
Габариты: 300x400x350 мм
Масса: 10 кг



S157-20

S156-20 ДИСК СО ШТОКОМ ДЛЯ МЕРНЫХ ЦИЛИНДРОВ

Используется для оценки переработанных заполнителей и определения относительных пропорций составляющих материалов. Доля каждого компонента в испытательной части определяется и выражается в виде процента по массе, за исключением доли плавающих частиц, которая выражается в виде объема по массе. Изготовлен из нержавеющей стали.

Масса: 500 г



V101-07

S156-20

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- V101-07** СТЕКЛЯННЫЙ МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР, 2000 мл

B022 SP РОЛЛЕРНЫЙ ШЕЙКЕР

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В ГРУНТЕ ПЕСЧАНОЙ, ПЫЛЕВАТОЙ И ГЛИНИСТОЙ ФРАКЦИЙ МЕТОДОМ ОСАЖДЕНИЯ ПО BS

СТАНДАРТЫ: BS 812 | ASTM C117

Во время испытания в приборе вращается от одного до трех стеклянных сосудов со скоростью 0-85 оборотов в минуту. В комплект поставки входит таймер 0-99 часов.

Электропитание:
230В 1ф 50/60Гц
Габариты: 385x295x160 mm
Масса: 10 кг



S132-03

B022 SP

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- S132-03** БУТЫЛЬ из стекла Пирекс, 1 л, с герметичной крышкой


S144 ПИПЕТКА АНДРЕАЗЕНА,

25 мл, стеклянная.
Используется для аккуратной и точной экстракции суспензий для анализа

S144-01 ШТАТИВ ДЛЯ ПИПЕТКИ

Для подъема и опускания пипетки Андреазена без вибраций

Масса: 10 кг



S144

S144-01

СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРИДОВ, ЭКСПРЕСС-МЕТОД

СТАНДАРТЫ: BS 812:117 | BS 1377:3

Используется для оценки содержания хлоридов в водной вытяжке из песка и заполнителей.

A019-01 QUANTAB Тестовые полоски на хлориды, тип 1175, диапазон: от 0,005% до 0,1% (от 30 до 600 частей на миллион) Na Cl. Упаковка 40 полосок.

A019-02 QUANTAB Тестовые полоски на хлориды, тип 1176, диапазон от 0,05% до 1% (от 30 до 600 частей на миллион) Na Cl. Упаковка 40 полосок.

СОДЕРЖАНИЕ СУЛЬФАТОВ, ЭКСПРЕСС-МЕТОД

СТАНДАРТЫ: BS 1377:3

Используется для оценки содержания сульфатов в водной вытяжке из песка и заполнителей.

A019-03 ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ НА СУЛЬФАТЫ, диапазон от 200 до 1600 мг/л. Упаковка 100 полосок.



A105

КАЛЬЦИМЕТР, (ГАЗОМЕТР)

СОДЕРЖАНИЕ КАРБОНАТОВ В ЗАПОЛНИТЕЛЯХ

Используется для определения содержания карбоната кальция (CaCO_3) в таких заполнителях, как известняк и мергаль. Представляет собой стеклянный реактор, в котором карбонат кальция, содержащийся в породе, вступает во взаимодействие с добавляемой соляной кислотой. Выделившийся газ собирается и измеряется приспособлением, присоединенным к реактору. Объем выделившегося газа (CO_2) пропорционален количеству CaCO_2 в образце, то возможно рассчитать количество карбоната кальция CaCO_3 .

Габариты: 400x200x1100 мм

Масса: 13 кг



S132N

ПАЛИТРА СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ

СТАНДАРТЫ: ASTM C40-11 Method D | AASHTO T21 | UNI 8020-14

Для определения органических примесей а грунтах и мелких заполнителях. Палитра с пятью стеклянными сравнительными шкалами.



S132-01 Бутыл из стекла Пирекс со шкалой и крышкой, 500 мл по ASTM C40

S132-02 Бутыл из стекла Пирекс с метками в 130 и 200 мл и крышкой, 500 мл по UNI 8020-14

S132-03 Бутыл из стекла Пирекс со шкалой и крышкой, 1000 мл по ASTM C40

V300-24 Гидроксид натрия, упаковка 1000 г

A084

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ В ЗАПОЛНИТЕЛЕ

СТАНДАРТ: BS 812 - часть 2

Используется для определения содержания влаги при известных условиях. В комплект входит измерительный цилиндр, резиновые трубки с винтовыми зажимами, металлический стержень для перемешивания.

Масса: 5 кг





Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://matest.nt-rt.ru/> || mec@nt-rt.ru